INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-3425VS5	Fecha de revisión	28/09/2026
Marca	General Electric	Sede	Pilar
Modelo	VIVID S5	Sector	Ecografía
Número de serie	3425VS5	Ubicación	Pilar-Consult-Cons15

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	3.8% (4.9Gb/127.5Gb) de almacenamiento ocupado

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa el mantenimiento preventivo trimestral. Se observa el transductor lineal con calidad reducida.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez



INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Filtros




Figura 2: Almacenamiento




Figura 3: Imagen con 9L-RS #106453Yp4



Figura 4: Imagen con 8L-RA #127463PD8

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez