INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-B14Y3924	Fecha de revisión	25/09/2026
Marca	Toshiba	Sede	CID
Modelo	Xario 200	Sector	Ecografía
Número de serie	99B14Y3924	Ubicación	CID-Consult-Cons8

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	165 Gb disponibles

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa satisfactoriamente el mantenimiento preventivo trimestral

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES




Figura 1: Filtro antes



Figura 2: Filtro despues



Figura 3: Trackball



Figura 4: Teclado

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez