INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-C1862068	Fecha de revisión	23/09/2026
Marca	Toshiba	Sede	CID
Modelo	Aplio 300	Sector	Ecografía
Número de serie	F3C1862068	Ubicación	CID-Consult-Cons7

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	202 Gb de almacenamiento disponible

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa satisfactoriamente el mantenimiento preventivo

Técnico responsable: Milagros Casademunt 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES




Figura 1: Filtros despues



Figura 2: Filtros antes

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez