INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-M11Z5056	Fecha de revisión	05/08/2026
Marca	Toshiba	Sede	Sanatorio
Modelo	Xario 660	Sector	Quirofano
Número de serie	LGM11Z5056	Ubicación	Sanatorio-Quirofano-Gral

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Pasó	Sin estudios en el almacenamiento

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Equipo pasa satisfactoriamente el mantenimiento trimestral

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Filtro




Figura 2: Filtro




Figura 3: Almacenamiento vacío



Figura 4: Rayadura observada en pantalla

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez