INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES WELCH ALLYN	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	MON-BIO-91742519	Fecha de revisión	03/11/2026
Marca	Monitor Mult. Welch Allyn	Sede	Angelus
Modelo	Connex Spot	Sector	Internación
Número de serie	100091742519	Ubicación	IG-LL-ANG-PB-INT-LL-HAB00

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo		
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control		
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente		
Accesorios	Revisar estado de cables y reemplazar de ser necesario		
ECG	Probar las distintas derivaciones y distintas formas de onda		
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles		
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo		
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe		
Batería	Cambio de batería si corresponde		
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo		
Anclaje	Verificar estado del soporte		
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado		
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas		

Técnico responsable: Malena Hidalgo 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES WELCH ALLYN	ID Informe

PRUEBAS CUANTITATIVAS

SpO2 [%]

Evaluar medición en 3 puntos

Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	90	X	± 1	
2	97	X	± 1	
3	100	X	± 1	

PNI [mmHg]

Evaluar medición en 3 puntos

Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	120/80	X	± 10 mmHg	
2	140/100	X	± 10 mmHg	
3	100/60	X	± 10 mmHg	

Temperatura [T°]

Evaluar medición

Resultado

Frecuencia [lpm]

Evaluar medición

Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
60	X	± 1	

EQUIPAMIENTO UTILIZADO

Equipamiento	Detalle	Fecha de calibración
ProSim 8	Analizador de signos vitales marca FLUKE	28/12/2025

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final

Observaciones:

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES WELCH ALLYN	ID Informe

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez