INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	OXIMETROS	ID Informe

Realiza el ensayo: Malena Hidalgo	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☒
Fecha: 23/09/2026	Ensayo después de la reparación ☐

Datos del equipo

Código de identificación: OXIMETR-B1603472	Número de serie: MBB2114492
Fabricante: NELLCOR	Ubicación: ESQUINA-PEDIATRIA
Modelo: BEDSIDE	Clase de protección: I

Parte Aplicable - NO APLICA

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Direct
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra	0.091	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra	999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro	230.8	V	-	-	P
Neutro a tierra	0.7	V	-	-	P
Vivo a tierra	231.0	V	-	-	P
Corriente del equipo	0.1	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta	16.6	uA	500	-	P

Valoración Global

Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez