


Date : 08-01-2021

Description générale du projet/objectifs : aquisition d'un nouveau distillateur d'eau

Spécifications techniques

Désignation	Caractéristiques	Dimesions	Quantité
Distillateur d'eau de laboratoire	modèle	automatique avec montage mural ou de paillasse	01 PI
	type de chauffage	à résistance	
	conductivité désirée	max 1 µs/cm à 25 °C	
	débit	08L/H	
	Matériau	Les unités et pièces qui sont en contact avec la vapeur et l'eau distillée sont en acier inoxydable	
	documents	obligation des documents suivants : manuels , certificats de conformité de fournisseur, maintenance et entretien	

Visa Demandeur	Visa Chef Hiérarchique	Visa Manager Travaux Neufs
 03/02/2021 03/03/2021		