

## DEMANDE D'AUTORISATION DE DEPENSE

Date 30/03/2021

Direction :  
 Département :  
 Service :

Dépense de fonctionnement

☐

Dépense d'investissement

☒

Achat petit matériel

☐

Avis et visa service Comptabilité

Date

30

03

2021

Objet de la dépense

Délai de réception  
souhaité

.....07.....Jours

Joindre une note séparée en cas d'insuffisance de cet espace

**Acquisition d'une rampe de filtration à 3 postes selon CDC Ci-joint.**

Justificatif de la dépense

☒

Dépense budgétisée

☐

Dépense non budgétisée\*

\*les dépenses non budgétisées nécessitent la validation de la DG (voir note de procédure)

Proposition fournisseurs / prestataires de services

1-

2-

3-

Nom Demandeur

Nom Chef Hiérarchique

Nom Directeur

Date et Signature

Date et Signature

Date et Signature

## Annexe 1

Avis et visa de l'équipe HACCP en cas de dépense touchant la sécurité alimentaire

Avis et visa du responsable SST en cas de dépense touchant la santé et la sécurité au travail

### AVIS DE L'ENTITE GESTIONNAIRE DU BUDGET

(A remplir au cas où le service demandeur ne gère pas le budget)

☐

Dépense budgétisée

☐

Dépense non  
budgétisée\*

\*les dépenses non budgétisées nécessitent la validation de la DG (voir note de procédure)

----------------------

☐

Avis Favorable

☐

Avis Défavorable\*\*

\*\*En cas d'avis défavorable, retourner la « DAD » au service demandeur

Nom du responsable de gestion du budget

Nom Directeur

Date et Signature

Date et Signature

#### Pour les dépenses d'investissement :

#### **Avis Contrôle de Gestion**

Intitulé centre du coût :											
Centre de coût											
2	1	0	1	1	4	0	0	3			
Objet											
2	3	0	0	0	0						
ss-compte											
2	2	8	4	0	0						
Date											
											2021
Budget alloué : .....DT											
<u>Visa Contrôle de Gestion :</u>											

#### **Avis DGA Site**

Date											
											2021
<u>Visa DGA :</u>											

	<b>CDC : Rampe de filtration</b>	<b>SDEM</b>
---	----------------------------------	-------------

<b>Date :</b>	26/03/2021
<b>Description générale du projet/objectifs :</b>	Acquisition d'une rampe de filtration à 3 postes

Spécifications techniques
---------------------------

Désignation	Caractéristiques	Demandé	Quantité
Rampe de filtration	Nombre de postes	3	1
	Type du matériaux	Acier inoxydable	
	entonnoir	3 entonnoirs en ionx de contenance de 100 à 500 ml	
	Frittées	3 frittées amovibles pour utilisation des membranes 47 mm	
	joint	3 joint en silicone	
	Reservoir	en verre de contenance 5 litres	
	Couvercle	3 couvercles en inox	