
PASO 1 DE 7


Material



- Lanceta Safe-T-Pro Plus en 1.8 mm
- Torunda con alcohol al 70%
- Gasa seca
- Curita
- Guantes
- Kit Finecare
- Contenedor rígido RPBI y bolsa roja

PASO 2 DE 7

Calentar la mano




Elige una o combina:

- Frotar las manos con fuerza, 20–30 segundos.
- Brazo colgando por debajo del corazón, 30–60 segundos.
- Abrir y cerrar el puño 10 veces.
- Masaje suave del dedo, de la base hacia la punta, 5–6 veces (solo antes de pinchar).

PASO 3 DE 7


Dónde pinchar



- Mano no dominante.
- Dedo medio o anular. Nunca el pulgar ni el índice (callos, más sensibles) ni el meñique (tejido muy delgado).
- En la yema, de lado: a medio camino entre el centro y el borde. Nunca en la punta ni en el centro.
- Atravesando las líneas de la huella, no a lo largo: así la sangre forma una gota redonda en vez de escurrir.
- Evitar dedos con anillo, herida, frío, morado o inflamado.
- Alcohol y esperar a que seque. Si queda húmedo, arde y altera el resultado.

PASO 4 DE 7


La primera gota NO es para el estudio



- Pinchar, soltar la presión del dedo y dejar que salga la primera gota.
- Limpiarla con la gasa seca. Esa gasa va a la bolsa roja; la gota nunca toca el kit.
- La primera gota lleva líquido del tejido y restos de alcohol que falsean el resultado.

PASO 5 DE 7

La segunda gota: la muestra



✓ sin tocar la piel

presión suave, sin exprimir

- Presión suave e intermitente desde la base del dedo, sin exprimir.
- Tocar la gota con el muestreador del kit, sin tocar la piel.
- Pasarla al buffer y al cartucho.

NOTA

Pasos exactos del kit: por confirmar con el instructivo del Finecare.

PASO 6 DE 7

Cierre



- Gasa con presión y curita.
- Lanceta al contenedor rígido.
- Registrar en la herramienta.

PASO 7 DE 7

Si algo sale mal



- No sale gota suficiente: no exprimir. Calentar otra vez y pinchar otro dedo, con la lanceta en 2.3 mm.
- El paciente se marea: suspender, reclinarlo y elevar las piernas.
- El equipo marca error: repetir con una muestra nueva, nunca con la misma gota.

Guía oficial de la OMS: cdn.who.int · 5card_capillary_web.pdf