ДЕМО. Вымышленный документ, созданный для демонстрации прототипа AI-агента. Не является документом какой-либо реальной организации.

ООО «Демо-Прибор» (вымышленное предприятие)

РИ ДП-04-2026

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ СО СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ

Дата введения: 01.03.2026

1 Область применения

1.1 Настоящая рабочая инструкция устанавливает порядок учёта, поверки, калибровки и применения средств измерений (СИ) на предприятии.

2 Учёт средств измерений

2.1 Каждому СИ присваивается инвентарный номер. Сведения о СИ, датах последней и очередной поверки ведутся в учётной системе предприятия (раздел «Средства измерений»).

2.2 Ответственным за учёт и своевременную поверку СИ является метролог предприятия.

3 Поверка средств измерений

3.1 СИ, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежат поверке в аккредитованной организации в соответствии с графиком поверки.

3.2 Результаты поверки подтверждаются сведениями о результатах поверки, включёнными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Свидетельство о поверке оформляется по запросу владельца СИ.

3.3 Не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока поверки метролог уведомляет руководителя подразделения о необходимости передать СИ в поверку.

4 Применение средств измерений

4.1 Запрещается применять СИ с истёкшим сроком поверки, без поверительного знака или с повреждениями.

4.2 СИ с истёкшим сроком поверки изымаются из эксплуатации и маркируются ярлыком «Не поверен» до проведения поверки.

4.3 При обнаружении неисправности СИ работник прекращает его использование и передаёт метрологу вместе с запиской о характере неисправности.

5 Калибровка

5.1 СИ, не применяемые в сфере государственного регулирования, могут подвергаться калибровке. Интервал калибровки устанавливает метролог, но не более 2 лет.