

Santiago,

Señores:

Ref.: Informe de desinfección del sistema de distribución de agua de diálisis.

FECHA	
SERVICIO	
QUÍMICO	
CINTA REACTIVA PRESENCIA	
CINTA REACTIVA AUSENCIA	
DILUCIÓN DE TRABAJO	
CONCENTRACIÓN	
HORA DE INICIO	
PUNTOS DE TESTEO PRESENCIA DEL QUÍMICO	
TIEMPO DE ESTADÍA O RECIRCULACIÓN	
TIEMPO DE ENJUAGUE	
PUNTOS DE TESTEO AUSENCIA DEL QUÍMICO	
HORA DE TÉRMINO	

Atentamente,

Servicio Técnico
SIAC INGENIERIA SPA