CAPTURE


Propriétés processus
Fragmentation
QC bioanalyzer ou labchip
Sample prep (pre-Capture)
choisir 1 ou 2 sorties via menu déroulant
Plaque en réserve (en stock) peut repartir ds circuit
Sample prep 2 (svgarde, peut repartir ds circuit)
Arrêt process
Processus de reprise (1) (pas de propriétés)
PCR + purif
QC labchip
QC Quant-iT (conc. en ng/µl)
Propriétés processus
* type processus banque * Baits * Proto/Kit
A redemander lors du process de reprise (2)
Plaque en réserve (en stock) peut repartir ds circuit
Processus de reprise (2)
Hybridation, Capture & wash (post)
Baits réelles
FDR bravo
Hyb, Capture & wash
Processus de reprise (3) (pas de propriétés)
PCR + indexing (post-Capture)
QC
QC (conc. en nM)
Normalisation + pooling
Normalisation
Pool
Prep. FC ordonnée
Dépôt sur séquenceur
Dénat
Prep. FC
Prep librairie pr séquençage Illumi
Type processus
Projets
Container valide ?
Support container
Catégorie support
WG PCR free (FC ordonnée)
WG NANO (FC ordonnée)
Prep lib RNAseq
Prep Chromium WG (FC ordonnée)
Prep. Capture prod. (4000 / X5)
Prep. Capture prod. (2000 / 2500 / NextSeq)
Prep. Capture reprise (1) (4000 / X5)
Prep. Capture reprise (1) (2000 / 2500 / NextSeq)
Prep. Capture reprise (2) (4000 / X5)
Prep. Capture reprise (2) (2000 / 2500 / NextSeq)
Processus reprise (3) (4000 / X5)
Processus reprise (3) (2000 / 2500 / NextSeq)

10/07/17

SOP pr chaque étape :
1_DNA_A_2_SOP_AGIL_Capture_Sciclone

Fragmentation

/ covaris (inactiver cov 1)

+ purif / robot à tracer : Sciclone NGSX : NGS-1, NGS-2, NGS-3

LHD : covaris + sciclone ; LMPD : uniquement covaris (pas de purif)

16/11/17 : ajout type Bravo WorkStation

QC

One to many
1 => N supports
(N à choisir : 1 ou 2)

Sample prep
(pre-Capture)

/ robot à tracer :
NGS-1, NGS-2, NGS-3

8/11/17 : ajout type Bravo WorkStation et instrument 3

Sample prep 2
❍ Arrêt process

POP UP ORIENTATION
grouper par support

(PCR-AND-PURIFICATION existante)

PCR + purif

THERMO Mastercycler1 (EP-Gradient) et Mastercycler2 (EP-Gradient)
+ purif / robot à tracer Zephyr, Bravo WS 1 et Bravo WS 2

QC labchip

QC Quant-iT
(conc. en ng/µl)

Trame fichier import résultat
à nous renvoyer si change

Volume final : valeur par défaut
plaque post-PCR et pre_Capture = 30 µl

Baits (sondes) utilisées (réel)
(calcul vol engagé pr qté souhaitée, ex. : 750ng)

Hybridation, Capture & wash (post)

Bravo Working Station 1 (LHD) et
Bravo Working Station 2 (LMPD)

8/11/17 : ajout type Bravo WorkStation + MasterCycler EP-Gradient

SCHEMA index PRE-DEFINI (plaque)
(définir colonne de départ)

PCR + indexing
(post-Capture)

THERMO Mastercycler4 (EP-Gradient) et Nexus SX1 machine 5
+ Purif / Bravo 1 et Bravo 2

Volume final : valeur par défaut
plaque post-PCR et post_Capture = 30 µl

QC (labchip)

QC (qPCR)

Normalisation + pooling

Normalisation

Pool

Prep. FC ordonnée

Dépôt sur séquenceur

	A	B	C	D
1	SourceBC	SourceWell	DestinationWell	Volume
2	SamplePlateXYZ	A1	A1	5.35
3	SamplePlateXYZ	B1	B1	4.28
4	SamplePlateXYZ	C1	C1	4.76
5	SamplePlateXYZ	D1	D1	5.19
6	SamplePlateXYZ	E1	E1	5.49
7	SamplePlateXYZ	F1	F1	4.86
8	SamplePlateXYZ	G1	G1	5.05
9	SamplePlateXYZ	H1	H1	4.37
10	SamplePlateXYZ	A2	A2	0

Exp de transfert (pool, tf en plq...)

Exp de transformation (obl. ds un processus)

Purification

QC