

RAPPORT D'ESSAI

R.E 01-3

-EMPREINTES-

CL 24-023

Sousse le :20-05-2023

Informations sur le Client

Client : Société 3D WAVE--

Tél : 29 89 53 54

Adresse : Khezema Est 4054--Sousse

Code client : CL 24-023 / RE 01-3

Date et référence de l'analyse : 17-05-2023-- Accord

Bon de commande N° : -

Informations sur le Prélèvement

Motif de l'analyse : Analyse bactériologique --TEST DE SURFACE-

Dénomination du produit : Test de surface --Paillasse de laboratoire

Lieu de prélèvement : Paillasse de laboratoire

Mode de conservation : -

Mode d'acheminement : -

Date de réception de l'échantillon : 17-05-2023

Date de début de l'analyse : 17-05-2023

Nom du préleveur : Dr. Ben Salem IMEN

Résultats

- Recherche d'*Escherichia coli* ATCC 10536 sur paillasse après exposition aux rayons ultraviolet bande C (UVC) à Temps et à distance d'exposition variable.

Distance (cm)	150	250
Temps (min)		
30	N= 0 UFC/ml	N= 0 UFC/ml

Conclusion : Absence d'*Escherichia coli* au niveau des deux prélèvements.

La déclaration de conformité ne tient pas compte des incertitudes de mesure.

Ce rapport d'essai concerne les paramètres testés pour l'objet soumis à l'essai.

Ce rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sans l'autorisation écrite de Virotek lab.

Seule la version papier signée du rapport d'essai fait foi.

NB : Ces résultats n'engagent que les échantillons examinés et ne peuvent servir, de la base, a des poursuites administratives ou judiciaires si les prélèvements sont réalisés par un particulier.

Le Responsable de Laboratoire

Dr Imen BEN SALEM



Edité le : 20-05-2023