

عنوان: عیب‌یابی و تلاش برای برقراری مجدد ارتباط با سامانهء پایش دما

ساعت ورود: ۱۵:۰۰	ساعت دوم	ساعت ورود: ۸:۳۰	ساعت اول
ساعت خروج: ۱۹:۰۰		ساعت خروج: ۱۳:۰۰	

حاضرین:

ساعت اول: مهندس فتاحی، دکتر ممتحانی

ساعت دوم: دکتر مصلح، دکتر ممتحانی، مهندس فتاحی

فعالیت:

پس از خوانش دما، ارسال اطلاعات به سرور دل تنها مرحله باقی مانده ارسال اطلاعات از سرور دل به محیط کاربری ما (گرافانا) بود. چندی از دلایل اصلی عدم نمایش اطلاعات روی گرافانا شامل: • تداخل زمانی تهران و شانگهای. سرور دل بر زمان شانگهای ست شده بود و گرافانا و رزبری پای به زمان محلی تهران • عدم خوانش ای دی سنسورهای دماسنجدر مورد سنسورها یک چالش اساسی وجود داشت. از آن جایی که ما اطلاعات دیتابیس سرور دل را ریست نکردیم نیاز داشتیم تا سیستم عامل و دیتایجدید دما را به صورت مد نظر دیتابیس تطبیق بدیم. پاک کردن دیتابیس پنالتی بالایی داشت و ممکن بود نام سنسورها، لوکیشن آن‌ها بهم بریزد بنابراینمجبور به نصب مجدد سیستم عامل شدیم تا این بار تمام هماهنگی ها را برای ارتباطات آتی داشته باشد. قضیه به این صورت بود که نام جدید سیستم عامل ما در گرافانا باعث تولید سنسور ای دی های جدیدی میشد؛ اما با نصب مجدد او اس و نام گذاری آن به اسم TM ای دی سنسورها با ای دی سنسورهای قبلی که کار میکرد در سال ۲۰۲۴ MERGE شدند و اتصال آخر که خوانش دما از سرور به گرافانا بود اتمام یافت. بنابراین اتصال ما به این صورت شد که دیتا از سنسورهای دما به ADC ها وارد میشود. از ۱۰ ADC که داریم ۲۰ سنسور دما داده انالوگی خود را دیجتالی میکنند و به رزبری پای میفرستند. رزبری پای دیتا را به صورت SQL جدولی در POSTGRES به

سرور دل میفرستد تا داده های دما در آن به صورت مدنظر ذخیره شوند؛ در نهایت از داده های آماده در سرور دل به صورت یوزر فرندلی در محیط کاربری گرافانا به نمایش در می آیند. پیشنهادات برای جلسه بعدی شامل بکاپ گیری از سیستم عامل قدیمی و جدید، تغییراتی در شبکه به منظور مشاهده گرافانا به صورت ریموت از آزمایشگاه می شود.