

Отчет с результатами измерений плотности на Пикнометре	
Оператор :	default
Организация :	default
Образец :	default
Партия/Серия :	default

Экспериментальные данные					
P0	P1	P2	Объем, см³	Плотность, гр/см³	Отклонение, %
0.000	121.148	57.825	2.395	4.176	-73.075
0.000	120.623	56.730	-0.102	-98.330	107.351
0.000	120.373	55.450	-3.666	-2.728	364.985
0.000	120.895	57.190	0.886	11.285	35.950
0.000	120.632	57.809	3.061	3.267	-121.220
0.000	120.578	56.936	0.576	17.366	58.378
0.000	120.665	59.201	6.943	1.440	-401.865
0.000	120.704	57.003	0.599	16.682	56.671
0.000	120.703	57.008	0.616	16.225	55.450
0.000	120.629	57.623	2.527	3.958	-82.625

Результаты измерений			
Средний объем, см³	1.384	СКО, г/см³	2.566
Средняя плотность, г/см³	-2.666	СКО, %	185.494