Sesión EEG

Paciente: Guille
Inicio: 03/11/2026 12:10
Fin: 03/11/2026 12:20

Parámetros utilizados

Parámetro	Valor al finalizar
Método de entrada	Direccional
Umbral	0.00
Canales	O1, Oz, O2, PO3, PO4
Ventana de clasificación	3 s
Tiempo refractario	3.5 s

Estímulo	Frecuencia	Activo
Nulo	11 Hz	No
Espacio	9 Hz	Sí
Derecha	8 Hz	Sí
Arriba	13 Hz	Sí
Izquierda	10 Hz	Sí
Abajo	12 Hz	Sí

Calibración

Calibración 1 (12:15, método Direccional)

Ancla: 17 Hz. Refresco del monitor: 60 Hz.

Frec.	Rep. 1	Rep. 2	Total	Exactitud	Colisión armónica	Elegida	Estímulo asignado
8 Hz	3/3	3/3	6/6	100 %	No	Sí	Derecha
9 Hz	3/3	3/3	6/6	100 %	No	Sí	Espacio
10 Hz	3/3	3/3	6/6	100 %	No	Sí	Izquierda
11 Hz	3/3	2/3	5/6	83 %	No	Sí	Nulo
12 Hz	3/3	2/3	5/6	83 %	No	Sí	Abajo
13 Hz	2/3	3/3	5/6	83 %	No	Sí	Arriba
14 Hz	2/3	2/3	4/6	67 %	No	No	—

15 Hz	1/3	2/3	3/6	50 %	No	No	—
16 Hz	2/3	3/3	5/6	83 %	Con 8 Hz	No	—

Validación

Validación 1 (12:18, método Direccional, guardada)

Parámetro	Valor
Umbral calculado	0.10
Resultado del barrido (reemplazado)	0.00
Umbral final	0.10
Exactitud	0 %
Ítems sin resolver	50%
ITR	0.0 bits/min

Ítem	Estímulo pedido	Resultado
1	▸ Derecha	error
2	● Espacio	error
3	▼ Abajo	sin resolver
4	◂ Izquierda	sin resolver
5	▸ Derecha	error
6	▲ Arriba	sin resolver

Cambios manuales

Hora	Parámetro	Anterior	Nuevo
12:19:31	Umbral	0.10	0.00

Estimulación

Duración total: 01:18 (min:s).

Señales guardadas

C:\ProyectoFinal\senales\Guille_5de7c831\2026-11-03_12-11-03\calibracion_1.mat
C:\ProyectoFinal\senales\Guille_5de7c831\2026-11-03_12-11-03\validacion_1.mat
C:\ProyectoFinal\senales\Guille_5de7c831\2026-11-03_12-11-03\online_1.mat