

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMASANGAN MONITOR JANTUNG


NOMOR : 410/SPO/KEP/RSIH/VI/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 29 Agustus 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 410/SPO/KEP/RSIH/VIII/2022
Judul Dokumen : PEMASANGAN MONITOR JANTUNG
Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Kartini Cendrawasih S.Kep	Staf Mutu Asuhan Keperawatan		28.08.22
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		29/8/22
	:	Irma Oktaviani, S.Kep., Ners	Ketua Komite Keperawatan		29/8-22
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		29/8/22

	PEMASANGAN MONITOR JANTUNG		
	No. Dokumen 410/SPO/KEP/RSIH/VIII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 29-08-2022	Ditetapkan oleh Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<div>1. Pemasangan monitor jantung adalah memasang elektroda untuk mendapatkan sadapan potensial listrik jantung tertentu secara kontinu yang dihasilkan oleh aktivitas jantung</div> <div>2. Pemasangan monitor jantung digunakan untuk pasien yang diagnosis dan luaran keperawatan sebagai berikut :</div> <div>a. Diagnosis Keperawatan :</div> <div>1) Penurunan curah jantung</div> <div>2) Gangguan sirkulasi pontan</div> <div>3) Risiko penurunan curah jantung</div> <div>4) Risiko perfusi miokard tidak efektif</div> <div>5) Risiko ketidakseimbangan elektrolit</div> <div>6) Risiko gangguan sirkulasi spontan</div> <div>7) Intoleransi aktifitas</div> <div>b. Luaran Keperawatan :</div> <div>1) Curah jantung meningkat</div> <div>2) Sirkulasi spontan meningkat</div> <div>3) Perfusi miokard meningkat</div> <div>4) Keseimbangan elektrolit meningkat</div> <div>5) Toleransi aktivitas meningkat</div> <div>3. Petugas adalah Perawat dan Bidan yang bertugas</div>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pemasangan monitor jantung		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<div>1. Petugas memastikan formulir <i>informed</i> dan <i>consent</i> tindakan pemasangan monitor jantung ditandatangani oleh pasien/penanggung jawab pasien, saksi pihak keluarga pasien, Dokter dan saksi pihak rumah sakit</div> <div>2. Petugas mengucapkan salam, memperkenalkan diri, melakukan identifikasi pasien dan menjaga privasi pasien</div> <div>3. Petugas menjelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur</div>		

	PEMASANGAN MONITOR JANTUNG		
	No. Dokumen 410/SPO/KEP/RSIH/VI/2022	No. Revisi 00	Halaman 4/3
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sarung tangan bersih b. Mesin monitor jantung c. Kabel monitor jantung d. Elektroda e. <i>Alcohol swab</i> 5. Petugas melakukan kebersihan tangan sesuai standar 6. Petugas mengatur posisi pasien senyaman mungkin 7. Petugas menyalakan mesin monitor jantung 8. Petugas menyambungkan kabel dengan elektroda 9. Petugas membersihkan permukaan kulit diarea yang akan dipasang elektroda 10. Petugas memasang elektroda di dada pasien sesuai dengan petunjuk penggunaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kabel RA dengan elektroda di area dada kanan atas b. Kabel LA dengan elektroda di area dada kiri atas c. Kabel LL dengan elektroda di area perut kuadran kiri atas d. Kabel RL dengan elektroda di area perut kuadran kanan atas e. Kabel V (jika ada) di pertengahan dada 11. Petugas memastikan irama EKG muncul pada layar monitor 12. Petugas merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 13. Petugas melakukan kebersihan tangan sesudah melakukan tindakan dan memastikan Formular <i>Informed Consent</i> sudah ditandatangani serta mendokumentasikan tindakan pada Formulir observasi dan respon pasien pada Formulir Catatan Keperawatan 		
UNIT TERKAIT	1. Divisi Keperawatan		