

Fecha de captura: 05 / 12 / 2023



Reporte de verificación

Equipo: IP-D-0001-I-AS

Folio: 2
Proveedor de verificación: Fernando Jesús Cruz Moreno
Patrón utilizado: IP-D-0001-I-EM
Aprobo: Isaac Reynoso Aldana



Fechas de verificación

Fecha de verificación	Periodo entre verificaciones	Fecha de próxima verificación
2023-12-04	2 mes(es)	2024-02-02



Detalles de verificación

Punto de verificación	Unidad	Lectura equipo	Lectura patrón	Error
100.0	Kilogramo fuerza	98.0	99.0	1.0
80.0	Kilogramo fuerza	75.0	80.0	5.0
50.0	Kilogramo fuerza	49.0	50.0	1.0
30.0	Kilogramo fuerza	28.0	30.0	2.0
20.0	Kilogramo fuerza	15.0	20.0	5.0

Confirmación metrológica

Conforme

Responsable de captura: Fernando Jesús Cruz Moreno Fecha de impresión: 05 / 12 / 2023