

 <b>Palang Merah Indonesia</b> Unit Transfusi Darah Pusat	<b>KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN</b>		Halaman : 1 dari 1 Nomor : UDDP-KAL-L4-007 Versi : 001
	Bidang Litbang & Produksi	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	Tanggal berlaku : 01 Feb 2021 Tanggal kajiulang : 01 Feb 2023

Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran

No	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau yang diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas	Keterangan
1	Suhu	Temperature enclosure Medical refrigerator ; blood bank Freezer Inkubator Cold room Freezer room	2 °C ~ 8 °C -20 °C ~ -50 °C 0 °C ~ 60 °C 2 °C ~ 10 °C -20 °C ~ -30 °C	1,3 °C 0,48 °C 1,3 °C	KAN Pd-02.04
2	Massa	Timbangan elektronik	0 g ~ 50 g 50 g ~ 100 g 100 g ~ 200 g 200 g ~ 500 g	0,058 g 0,11 g 0,23 g 0,57 g	CSIRO 2010
3	Waktu dan frekuensi	Centrifuge	0 rpm ~ 10000 rpm	3 rpm	SANAS TR 45-02
4	Waktu dan frekuensi	Timer, Stopwatch	0 detik ~ 60 menit	0,17 detik	
5	Volume	Mikropipet	10 µl 100 µl 1000 µl	0,33 µl 1,7 µl 7,3 µl	SNSU PK.M-01:2020

MASTER