

## Fișă de Intervenție

<b>Tip intervenție:</b>	INTERVENTION
<b>Denumire echipament:</b>	Fidelis plus III
<b>Serie:</b>	10000550
<b>Data intervenției:</b>	2025-07-10
<b>Garanție expiră la:</b>	2025-08-10
<b>Durata garanției:</b>	1 luni
<b>Client:</b>	Activ Dent
<b>Tehnician:</b>	Ionut Tudoran
<b>Problemă semnalată:</b>	S-a cerut constatare în urma erori er 40
<b>Rezolvare:</b>	
<b>Notă inginer:</b>	S-a constata ca placa simer și flash lamp este defect

Ștampilă

Semnătură



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ionut Tudoran".