

TOMA DE DATOS

PESAJE SISTEMAS Y AUTOMATIZACION

FOLIO / OS

OS-26-540

FECHA: _____

CLIENTE: Acero Prime S. de RL de CV

DIRECCIÓN:

MARCA:	MODELO:	N/S:	ID INDICADOR / EQUIPO:	UBICACIÓN:
CAPACIDAD MÁXIMA:	DIVISIÓN MÍNIMA:	TIPO DE INSTRUMENTO: Bacula de plataforma		PUNTOS DE APOYO:
NÚMERO CCA: CCA.261231	HOLOGRAMA ANTERIOR:		HOLOGRAMA ACTUALIZADO:	

☒ J ☐ I ☐ A



PRUEBAS METROLOGICAS

REPETIBILIDAD		
VALOR (kg)	L. INICIAL	L. FINAL
ERROR MÁXIMO ENCONTRADO:		

EXCENTRICIDAD		
POSICION	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL
S 1		
S 2		
S 3		
S 4		
S 5		
ERROR MAXIMO ENCONTRADO:		

EXACTITUD			
N	VALOR NOMINAL	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL
1			
2			
3			
4			
5			

ERROR MAXIMO ENCONTRADO:

POSICIONES DE EXCENTRICIDAD																				
 ☐ Plataforma	 ☐ Circular	<table border="1"> <tr> <td>a</td><td>c</td><td>e</td><td>h</td><td>k</td><td>...</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>N</td><td></td> </tr> <tr> <td>b</td><td>d</td><td>g</td><td>i</td><td>I</td><td></td> </tr> </table> ☒ Camionera (5 Sec.)	a	c	e	h	k	...	1	2	3	4	N		b	d	g	i	I	
a	c	e	h	k	...															
1	2	3	4	N																
b	d	g	i	I																

OBSERVACIONES

SE REALIZARON AJUSTES EN LAS CAJAS SUMADORAS DE LA SECCION 3 Y 4. EL EQUIPO QUEDO DENTRO DE LOS ERRORES MAXIMOS PERMITIDOS.

TECNICO RESPONSABLE

CLIENTE
NOMBRE Y FIRMA

NOTA: La firma del presente documento constituye la aceptación de los servicios prestados, así como la conformidad con los 'Datos para certificado y dictamen de inspección' consignados. Es responsabilidad del cliente realizar la verificación previa de dichos datos, los cuales se utilizarán de manera vinculante para la emisión de sus documentos finales.