ЧЕК-ЛИСТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ РАБОТЫ

Дата: _____

ССЫЛКА НА ПРОТОКОЛ	ДАТА ПРОВЕРКИ	КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА
OWN-F01 №: _____	____ / ____ / 20____	_____

Обозначения: ☐ **ДА** — соответствует требованиям ☐ **НЕТ** — не соответствует, требует доработки ☐ **Н/П** — не применим

01 ЭСТЕТИКА

	ДА	НЕТ	Н/П
Оттенок соответствует заданию (VITA / индивидуальный ключ)	☐	☐	☐
Градиент цвета: шейка — тело — режущий край в норме	☐	☐	☐
Прозрачность и транслюценция соответствуют эталону	☐	☐	☐
Текстура поверхности — по заданию врача	☐	☐	☐
Форма, пропорции, контуры — соответствуют шаблону / фото	☐	☐	☐

02 ТОЧНОСТЬ ПОСАДКИ И ПРИЛЕГАНИЯ

	ДА	НЕТ	Н/П
Краевое прилегание коронки / реставрации — без визуального зазора	☐	☐	☐
Проксимальные контакты: зубная нить проходит с умеренным усилием	☐	☐	☐
Нет преждевременных окклюзионных контактов	☐	☐	☐
Путь введения конструкции свободный, без блокировок	☐	☐	☐
Отсутствие сколов, трещин на каркасе и на облицовке	☐	☐	☐

03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	ДА	НЕТ	Н/П
Минимальная толщина стенок: коронка ≥ 1.5 мм, винир ≥ 0.5 мм	☐	☐	☐
Каркас отвечает требованиям прочности (E.max / Zirconia / металл)	☐	☐	☐
Поверхность глазурована и полирована; отсутствие пор и шероховатостей	☐	☐	☐
Маркировка выполнена: гравировка / метка на внутренней поверхности	☐	☐	☐

04 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

✓ ПРИНЯТА	↻ НА ДОРАБОТКУ	✗ БРАК
Работа передаётся в клинику	Замечания — указать ниже	Работа не принята, переделать

ЗАМЕЧАНИЯ / ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТОВ:

КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА:

Подпись / ФИО / Дата

ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

Подпись / ФИО / Дата