十二指腸ESDセッティング

【当院での使用機材】

＊スコープ：富士フイルム社 EG-840T

＊内視鏡副送水用送水ポンプ　EIP2　アムコ社
　（接続する送水チューブもお願いします）
＊OFP-2　1台（ナイフ局注用）

＊局注針：オリンパス　Needle Master 4mm 25G 鋭針 NM-600L-0425
　※針の会社等は問いませんが、25G で**鋭針**でのご準備をお願いいたします。

＊ナイフ：オリンパス　Dual Knife J 1.5mm KD-655Q
　　アムコ　　Hybrid Knife FLEX Iタイプ 1.5mm
（どちらかで結構です）

＊止血鉗子：Boston scientific　Rotabite Type L

＊先端アタッチメント：富士フイルム ST hood　DH-33GR
　　オリンパス　D-201-11804

＊ナイフ送水用コネクトチューブ：オリンパス社　MAJ-1682

＊クリップ：　Sure Clip　各種（赤・青・黄）　2〜3箱程度

＊内視鏡外付け持続吸引チューブ　エンドスイーパー　山科精機株式会社
　（可能であれば内視鏡とは別の吸引準備お願いします）



＊生理食塩液（500ml・点滴用　ナイフ送水用）
＊生理食塩液（1000ml・点滴バック　内視鏡送水用）5〜6L程度か　→→→
＊点滴連結管（プラ針ではなく、通常の金属製ステンレス鋼針がいい）→→→
　↑無ければ持参いたします

＊ムコアップ2本
＊インジゴカルミン（アルフレッサファーマ社 20mg/5ml　アンプルのものを）
＊20mlシリンジ　10mlシリンジ（ロックあり2本） 2.5mlシリンジ
＊18G針
＊紙コップ2つ　（採尿カップ程度の大きさで問題ありません）

＊高周波発生装置　VIO3
　（シングルペダル付き）
【高周波設定】

切開：Endo Cut I　E 1　D 2　I 2
剥離：PresiceSect　E 3.5
ナイフ先端止血：Spray Coag　E 1.2
Pre Coag：Forced Coag　E 0.3
止血鉗子止血：Soft Coag　E 3.0（Sprayモードの裏に設定）
※3リモード設定にて使用　シングルペダルにて変更











《当院のセッティング例》

術者　→





↑ **介助者**