PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA			PENGIRIMAN DAN PENGAMBILAN INSTRUMEN MEDIS KE CSSD		
Status Dokumen	**Status Review**	**Status Revisi**	**Tanggal Terbit**	**Tanggal Efektif**	**Tanggal Peninjauan Kembali**
Baru	00	00	01 Oktober 2021	01 November 2021	01 Oktober 2024
Revisi	01	01	01 April 2025	01 Mei 2025	01 April 2028

Riwayat Revisi

Revisi	Penanggung jawab	No Dokumen	Uraian Perubahan
00	PPI	SPO/PPI/043	-
01	Komite PPI	SPO/PHG/KPI-043	1. Perubahan tanggal terbit 2. Perubahan nomor dokumen 3. Perubahan tanggal kebijakan 4. Penambahan Referensi

CONTROLLED

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA	**PENGIRIMAN DAN PENGAMBILAN INSTRUMEN MEDIS KE CSSD**		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-043	Revisi: 02	Halaman: 1/3
SPO	Tanggal Terbit: 01 April 2025	Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA **Dr. AGUS MARVIANTO**	
PENGERTIAN	Kegiatan pengiriman instrument medis habis pakai dan pengambilan instrument medis steril ke unit sterilisasi		
TUJUAN	Mencegah kontaminasi silang dari cairan tubuh instrument medis habis pakai kepada petugas.		
KEBIJAKAN	Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Nomor: 051/PER/DIR/PHBW/II/2025 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Primaya.		
PROSEDUR	**A. Pengiriman intrumen kotor** 1. Setelah instrumen digunakan, bersihkan noda yang melekat pada instrumen tersebut menggunakan tisu basah atau kasa basah. 2. Masukkan instrumen kotor ke dalam plastik kuning, kemudian masukkan plastik kuning tersebut kedalam box khusus untuk mengantar instrumen kotor. 3. Antar instrumen kotor tersebut ke CSSD melalui loket khusus untuk instrumen kotor. 4. Lakukan serah terima dengan petugas CSSD dokumentasikan jumlah dan jenis instrumen kotor tersebut dalam buku ekspedisi.		

CONTROLLED

PROSEDUR	5. Setelah selesai serah terima, bawa kembali box tersebut ke unit asal, lalu bersihkan box tersebut menggunakan cairan desinfektan. **B. Pengambilan instrumen** 1. Instrumen steril diambil melalui loket khusus untuk pengambilan instrumen steril. 2. Instrumen steril di ambil menggunakan box khusus instrumen steril. 3. Pada saat mengambil instrumen steril, lakukan pengecekan ulang sesuai dengan buku ekspedisi pada saat serah terima instrumen kotor. 4. Lakukan pengecekan kualitas sterilisasi jika ada yang tidak sesuai, maka harus di kembalikan ke CSSD.
UNIT TERKAIT	Semua unit
REFERENSI	Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

CONTROLLED

Pengiriman instrumen kotor

CONTROLLED

Pengambilan instrumen steril



CONTROLLED