


PO:1601558253  
Code:F0719  
Measur\_Date:2024.06.07.19:00  
Sample:crude  
Sample\_Prep:1.5mg/ml(H2O)  
Inj\_Vol:1microL  
Column:inertsil ODS-3 4.6\*150  
Col\_ID:xxxxxx  
Col\_Temp:40  
MP\_A:CH3CN  
MP\_B:H3PO4 buffer  
MP\_C: -  
MP\_D: -  
Time\_Prog:A:B=70:30 - 100:0 (grad.30 min)  
Total\_Time:30min



R.T.	area%
4.00	7.9
7.46	28.9
11.03	39.2
12.3	1.3
12.5	2.3
13.3	1.1
14.8	21.3