



FORMATOS

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Codigo: FO-GI-007

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	8-feb-22									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 019									
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTACIÓN 4-1									
MARCA	KESTREL									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	25,20	25,50	0,30	86,0	82,7	-3,30	CUMPLE T° Y H°
2	25,40	25,80	0,40	86,0	82,3	-3,70	
3	25,20	25,80	0,60	86,0	82,6	-3,40	
4	25,30	25,70	0,40	87,0	82,3	-4,70	
5	24,40	24,80	0,40	88,0	83,8	-4,20	
PROMEDIO			0,42	PROMEDIO		-3,86	

CUMPLE °T

CUMPLE %HR

X
X

NO CUMPLE °T

NO CUMPLE %HR

.
.

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA