

 Avicol® <small>AVICOLA COLOMBIANA S.A.</small> <small>GENÉTICA ANIMAL</small> <small>La excelencia como principio</small>	FORMATOS						Código: FO-GI-024			
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003			
							Aprobación: 27/01/2016			
FECHA:		8-feb-22								
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA								
No. EQUIPO:		AK 007								
NOMBRE DEL EQUIPO		TRACER DE TEMPERATURA								
MARCA		DATAWACH								
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A								
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°			L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021		
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	21		T Máx. °C:	31		Prom:	26	± 1
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON										
ERROR PROMEDIO PATRON			-0,3		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON			0,058		
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR										
TOLERANCIA		1	INCERTIDUMBRE		0,33		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,68	
ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN			0,32							
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN										
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO			
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5					
°T Termómetro Patrón	24,9	24,8	24,9	24,9	24,9	24,88	-0,3			
°T Termómetro a Verificar	25	25	25	25	25	25	0,362			
ANÁLISIS DE ACEPTACION:								Si el error del equipo a verificar < el análisis de aceptación: "CUMPLE" Si el Error del Equipo a verificar está entre Análisis de Aceptación e incert. Expandida: "CUMPLE CONDICIONADO" En caso contrario "NO CUMPLE"		
CUMPLE		X		NO CUMPLE						
VERIFICADO POR:		JOAN VIÑA								