

 <b>Avicol®</b> <small>AVICOLA COLOMBIANA S.A.</small> <small>GENÉTICA ANIMAL</small> <small>La excelencia como principio</small>	FORMATOS						Código: FO-GI-024				
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003				
							Aprobación: 27/01/2016				
FECHA:		24-nov-20									
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA									
No. EQUIPO:		AK 036									
NOMBRE DEL EQUIPO		TERMOMETRO ANALOGO PUNZON									
MARCA		TECHNIK									
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°			4184-49522			FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020			
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	39		T Máx. °C:	41		Prom:	40	±	1
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON											
ERROR PROMEDIO PATRON			0,004		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON				0,034		
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR											
TOLERANCIA		1	INCERTIDUMBRE		0,33		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,67		
ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN			0,33								
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN											
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO				
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5						
°T Termómetro Patrón	43,2	42,5	41,3	40,2	39,3	41,45	0,004				
°T Termómetro a Verificar	44	43	41,5	40	39,5	41,6	0,146				
ANÁLISIS DE ACEPTACION:								Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"			
CUMPLE		X		NO CUMPLE							
VERIFICADO POR:								JOAN VIÑA			