	•	FORMATOS									Codigo: FO-GI-007			
AVICE	AVICO <sup>®</sup> OLA COLOMBIANA S.A.	COMPA	COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y									Versión: 002		
La ex	GENETICA ANIMAL celencia como principio		TEMPERATURA							Aprobación: 19/09/2017				
FECHA:		18-feb-20												
UNIDAD P	RODUCCION	ALABAMA												
CODIGO D	DEL EQUIPO	AK 022												
NOMBRE	DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL												
MARCA		ELITECH												
PATRON (	JTILIZADO °T	PRECISION RTD THERMOMETER 407907												
RANGO. DEL PROCESO:			T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1		
PATRON (	JTILIZADO °F	0635 HIGRÓMETRO ANÁLOGO LUFFT												
<b>CALIBRA</b>	CION EQUIPO	ATURA		CLT	342918	FECHA CALIBRACIÓN		<u>BRACIÓN</u>	21/08/2018					
RANGO. DEL PROCESO:			%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5		
CALIBRAC	CION EQUIPO	CLH 99418			FECHA CALIBRACIÓN			21/08/2018						
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN														
N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H P	atron	%H Equipo a verificar Error Equipo			Observaciones					
1	28,50	28,10	-0,40	72	,6	70,1	-2,50							
2	28 50	28 10	-0.40	72	.1	70 1	-2 00							

69,7

69,7

68,2

PROMEDIO

-1,60 -2,00

-2,60

-2,14

**CUMPLE** 

CUMPLE °T	X	NO CUMPLE °T	
<b>CUMPLE %HR</b>	X	NO CUMPLE %HR	

-0,40

-0,40

-0,50

-0,42

71,3

71,7

70,8

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA

28,10

28,20

28,20

3

4

28,50

28,60

28,70

PROMEDIO