

 Avicol® <small>AVICOLA COLOMBIANA S.A.</small> <small>GENÉTICA AVIARIA</small> <small>La excelencia como principio</small>	FORMATOS						Código: FO-GI-024				
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003				
							Aprobación: 27/01/2016				
FECHA:		3-sept-21									
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA									
No. EQUIPO:		AK 034-2									
NOMBRE DEL EQUIPO		TERMOMETRO ANALOGO PUNZON									
MARCA		TEL - TRU									
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021				
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	39		T Máx. °C:	41		Prom:	40	±	1
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON											
ERROR PROMEDIO PATRON		-0,3		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON				0,058			
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR											
TOLERANCIA		1		INCERTIDUMBRE		0,33		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,68	
ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN		0,32									
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN											
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO				
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5						
°T Termómetro Patrón	37,49	37,99	38,29	39,19	39,59	38,51	-0,3				
°T Termómetro a Verificar	37,3	37,8	38,3	39,3	39,3	38,4	0,190				
ANÁLISIS DE ACEPTACION:											
Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"											
Si el Error del Equipo a verificar está entre Análisis de Aceptación e incert. Expandida: "CUMPLE CONDICIONADO"											
En caso contrario "NO CUMPLE"											
CUMPLE		X		NO CUMPLE							
VERIFICADO POR: JOAN VIÑA											