

 <b>Avicol®</b> <small>AVICOLA COLOMBIANA S.A.</small> <small>GENÉTICA ANIMAL</small> <small>La excelencia como principio</small>	FORMATOS						Código: FO-GI-024				
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003				
							Aprobación: 27/01/2016				
FECHA:		8-feb-22									
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA									
No. EQUIPO:		AK 002									
NOMBRE DEL EQUIPO		TERMÓMETRO NEVERA									
MARCA		DELTATRACK									
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°			L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	2		T Máx. °C:	7		Prom:	4,5	±	0,5
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON											
ERROR PROMEDIO PATRON			-0,3		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON				0,058		
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR											
TOLERANCIA		0,5		INCERTIDUMBRE		0,17		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,35	
ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN			0,15								
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN											
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO				
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5						
°T Termómetro Patrón	2,4	2,9	4,1	3,8	3,7	3,38	-0,3				
°T Termómetro a Verificar	3,2	3,6	4,9	4,6	4,7	4,2	1,062				
ANÁLISIS DE ACEPTACION:											
Si el error del equipo a verificar < el análisis de aceptación: "CUMPLE"											
Si el Error del Equipo a verificar está entre Análisis de Aceptación e incert. Expandida: "CUMPLE CONDICIONADO"											
En caso contrario "NO CUMPLE"											
CUMPLE		.		NO CUMPLE		X					
VERIFICADO POR:		JOAN VIÑA									