

 Avicol® <small>AVICOLA COLOMBIANA S.A.</small> <small>GENÉTICA ANIMAL</small> <small>La excelencia como principio</small>	FORMATOS						Código: FO-GI-024				
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003				
							Aprobación: 27/01/2016				
FECHA:		28-jun-21									
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA									
No. EQUIPO:		AK 007									
NOMBRE DEL EQUIPO		TRACER DE TEMPERATURA									
MARCA		DATAWACH									
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°			L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	21		T Máx. °C:	31		Prom:	26	±	1
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON											
ERROR PROMEDIO PATRON			-0,3		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON				0,058		
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR											
TOLERANCIA		1		INCERTIDUMBRE		0,33		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,68	
ANALISIS DE ACEPTACIÓN			0,32								
RESULTADOS DE LA MEDICION											
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO				
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5						
°T Termómetro Patrón	25,9	25,8	25,7	25,7	25,7	26,28	-0,3				
°T Termómetro a Verificar	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	0,820				
ANALISIS DE ACEPTACION:								Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"			
CUMPLE		X		NO CUMPLE							
VERIFICADO POR:								JOAN VIÑA			