



FORMATOS

Codigo: FO-GI-007

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------|--|------------|------|---|---|
| FECHA: | 28-jun-21 | | | | | | | | | |
| UNIDAD PRODUCCION: | ALABAMA | | | | | | | | | |
| CODIGO DEL EQUIPO | AK 009 | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL EQUIPO | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | | | | | | | | | |
| MARCA | EXTECH | | | | | | | | | |
| PATRON UTILIZADO °T: | THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A | | | | | | | | | |
| RANGO. DEL PROCESO: | T Mín °C: | 21 | | T Máx °C: | 31 | | Prom: | 26 | ± | 1 |
| PATRON UTILIZADO °H: | THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A | | | | | | | | | |
| CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA | | L22603-21 | | | FECHA CALIBRACIÓN | | 25/03/2021 | | | |
| RANGO. DEL PROCESO: | %H Mín | 55 | | %H Máx | 60 | | Prom: | 57,5 | ± | 5 |
| CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD | | L22603-21 | | | FECHA CALIBRACIÓN | | 25/03/2021 | | | |

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

| N° de Lecturas | °T Patron | °T Equipo a verificar | Error Equipo | %H Patron | %H Equipo a verificar | Error Equipo | Observaciones |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1 | 26,70 | 26,70 | 0,00 | 67,0 | 25,0 | -42,00 | CUMPLE T° |
| 2 | 26,90 | 26,90 | 0,00 | 67,0 | 24,0 | -43,00 | |
| 3 | 27,20 | 27,10 | -0,10 | 67,0 | 24,0 | -43,00 | |
| 4 | 27,30 | 27,20 | -0,10 | 64,0 | 22,0 | -42,00 | |
| 5 | 27,30 | 27,20 | -0,10 | 64,0 | 21,0 | -43,00 | |
| PROMEDIO | | | -0,06 | PROMEDIO | | -42,60 | |

CUMPLE °T
CUMPLE %HR

| |
|---|
| X |
| . |

NO CUMPLE °T
NO CUMPLE %HR

| |
|---|
| . |
| X |

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA