

	FORMATOS										Codigo: FO-GI-007			
	<b>COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA</b>												Versión: 002	
													Aprobación: 19/09/2017	

<b>FECHA:</b>			18-feb-20									
<b>UNIDAD PRODUCCION:</b>			ALABAMA									
<b>CODIGO DEL EQUIPO</b>			AK 013									
<b>NOMBRE DEL EQUIPO</b>			TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
<b>MARCA</b>			EXTECH									
<b>PATRON UTILIZADO °T:</b>			PRECISION RTD THERMOMETER 407907									
<b>RANGO. DEL PROCESO:</b>			<b>T Mín °C:</b>	21		<b>T Máx °C:</b>	31		<b>Prom:</b>	26	±	1
<b>PATRON UTILIZADO °H:</b>			0635 HIGRÓMETRO ANALOGO LUFFT									
<b>CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA</b>				CLT 342918			<b>FECHA CALIBRACIÓN</b>			21/08/2018		
<b>RANGO. DEL PROCESO:</b>			<b>%H Mín</b>	55		<b>%H Máx</b>	60		<b>Prom:</b>	57,5	±	5
<b>CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD</b>				CLH 99418			<b>FECHA CALIBRACIÓN</b>			21/08/2018		

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN							
N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	28,50	29,80	1,30	72,6	46,0	-26,60	NO CUMPLE
2	28,50	29,90	1,40	72,3	46,0	-26,30	
3	28,50	29,90	1,40	71,3	45,0	-26,30	
4	28,50	30,00	1,50	71,5	45,0	-26,50	
5	28,60	30,20	1,60	71,3	44,0	-27,30	
PROMEDIO			1,44	PROMEDIO		-26,60	

<b>CUMPLE °T</b>	.	<b>NO CUMPLE °T</b>	X
<b>CUMPLE %HR</b>	.	<b>NO CUMPLE %HR</b>	X

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA