



## FORMATOS

Codigo: FO-GI-007

## COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	24-nov-20									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 020									
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTACIÓN 4-1									
MARCA	LUTRON									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		4184-49522		FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020				
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		4184-49522		FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020				

## RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	29,20	31,10	1,90	67,0	68,2	1,20	NO CUMPLE T°
2	29,40	31,30	1,90	68,0	69,1	1,10	
3	29,70	31,60	1,90	67,0	69,1	2,10	
4	29,60	31,60	2,00	66,0	67,3	1,30	
5	29,90	31,70	1,80	66,0	68,2	2,20	
PROMEDIO			1,90	PROMEDIO		1,58	

CUMPLE °T  
CUMPLE %HR

.
X

NO CUMPLE °T  
NO CUMPLE %HR

X
.

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA