



FORMATOS

**COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA**

Codigo: FO-GI-007

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	28-jun-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 020									
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTACIÓN 4-1									
MARCA	LUTRON									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			

**RESULTADOS DE LA MEDICIÓN**

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	26,70	27,20	0,50	67,0	66,1	-0,90	CUMPLE
2	26,90	27,40	0,50	67,0	66,3	-0,70	
3	27,20	28,00	0,80	67,0	62,9	-4,10	
4	27,30	28,10	0,80	64,0	62,5	-1,50	
5	27,30	28,20	0,90	64,0	67,6	3,60	
PROMEDIO			0,70	PROMEDIO		-0,72	

CUMPLE °T

CUMPLE %HR

X
X

NO CUMPLE °T

NO CUMPLE %HR

.
0

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA