



## FORMATOS

Codigo: FO-GI-007

## COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	24-nov-20									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 037									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	DELTATRACK									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		4184-49522			FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		4184-49522			FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020			

## RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	29,20	29,10	-0,10	67,0	65,0	-2,00	CUMPLE
2	29,40	29,10	-0,30	68,0	66,0	-2,00	
3	29,70	29,50	-0,20	67,0	66,0	-1,00	
4	29,60	29,50	-0,10	66,0	66,0	0,00	
5	29,90	29,40	-0,50	66,0	65,0	-1,00	
PROMEDIO			-0,24	PROMEDIO		-1,20	

CUMPLE °T  
CUMPLE %HR

X
X

NO CUMPLE °T  
NO CUMPLE %HR

.
.

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA