

	FORMATOS						Código: FO-GI-024				
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003				
							Aprobación: 27/01/2016				
FECHA:		24-nov-20									
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA									
No. EQUIPO:		AK 032									
NOMBRE DEL EQUIPO		TERMOMETRO ANALOGO PUNZON									
MARCA		HAWK									
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°		4184-49522		FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020					
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	55		T Máx. °C:	60		Prom:	57,5	±	1
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON											
ERROR PROMEDIO PATRON		0,004		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON				0,034			
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR											
TOLERANCIA		1		INCERTIDUMBRE		0,33		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,67	
ANALISIS DE ACEPTACIÓN		0,33									
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN											
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO				
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5						
°T Termómetro Patrón	56,6	53,1	52,7	50,1	50,1	52,46	0,004				
°T Termómetro a Verificar	56	53,5	52,5	50	50	52,4	-0,064				
ANALISIS DE ACEPTACION:								Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"			
CUMPLE		X		NO CUMPLE							
VERIFICADO POR:		JOAN VIÑA									