

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

FORMATOS

Versión: 002

Codigo: FO-GI-007

PERATURA Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	3-sept-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 022									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	ELITECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA			L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021	
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21		FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021				

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN							
N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	25,10	24,92	-0,18	69,0	66,1	-2,90	
2	25,30	25,32	0,02	69,0	66,4	-2,60	
3	25,60	25,42	-0,18	68,0	65,7	-2,30	CUMPLE T° Y H°
4	25,70	25,52	-0,18	68,0	64,2	-3,80	
5	25,70	25,52	-0,18	68,0	64,2	-3,80	
	PROMEDIC)	-0,14	PRO	MEDIO	-3,08	

CUMPLE °T	X	NO CUMPLE °T	
CUMPLE %HR	Χ	NO CUMPLE %HR	0

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA