

 Avicol® <small>AVICOLA COLOMBIANA S.A.</small> <small>GENÉTICA ANIMAL</small> <small>La excelencia como principio</small>	FORMATOS						Código: FO-GI-024				
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003				
							Aprobación: 27/01/2016				
FECHA:		24-nov-20									
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA									
No. EQUIPO:		AK 002									
NOMBRE DEL EQUIPO		TERMÓMETRO NEVERA									
MARCA		DELTATRACK									
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°		4184-49522			FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020				
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	2		T Máx. °C:	7		Prom:	4,5	±	0,5
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON											
ERROR PROMEDIO PATRON			0,004		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON			0,034			
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR											
TOLERANCIA		0,5		INCERTIDUMBRE		0,17		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,34	
ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN			0,16								
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN											
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO				
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5						
°T Termómetro Patrón	3,1	3,2	3,1	3,6	3,9	3,27	0,004				
°T Termómetro a Verificar	2,9	3,1	2,9	3,3	3,6	3,16	-0,114				
ANÁLISIS DE ACEPTACION:								Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"			
CUMPLE		X		NO CUMPLE							
VERIFICADO POR:								JOAN VIÑA			