



FORMATOS

Codigo: FO-GI-007

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	24-nov-20									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 014									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	EXTECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		4184-49522			FECHA CALIBRACIÓN			27/02/2020		
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		4184-49522			FECHA CALIBRACIÓN			27/02/2020		

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	29,20	28,70	-0,50	67,0	35,0	-32,00	CUMPLE T°
2	29,40	28,90	-0,50	68,0	36,0	-32,00	
3	29,70	29,10	-0,60	67,0	35,0	-32,00	
4	29,60	29,10	-0,50	66,0	35,0	-31,00	
5	29,90	29,30	-0,60	66,0	35,0	-31,00	
PROMEDIO			-0,54	PROMEDIO		-31,60	

CUMPLE °T
CUMPLE %HR

X
.

NO CUMPLE °T
NO CUMPLE %HR

.
X

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA