



FORMATOS

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Codigo: FO-GI-007

Versión: 002

Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	28-jun-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 022									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	ELITECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA	L22603-21				FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021		
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD	L22603-21				FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021		

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	26,70	26,40	-0,30	67,0	66,1	-0,90	CUMPLE
2	26,90	26,80	-0,10	67,0	66,4	-0,60	
3	27,20	26,90	-0,30	67,0	65,7	-1,30	
4	27,30	27,00	-0,30	64,0	64,2	0,20	
5	27,30	27,00	-0,30	64,0	64,2	0,20	
PROMEDIO			-0,26	PROMEDIO		-0,48	

CUMPLE °T

CUMPLE %HR

X
X

NO CUMPLE °T

NO CUMPLE %HR

.
.

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA