



FORMATOS

**COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA**

Codigo: FO-GI-007

Versión: 002


Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	8-feb-22									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 012									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	EXTECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			


**RESULTADOS DE LA MEDICIÓN**

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	24,20	24,60	0,40	90,0	86,0	-4,00	CUMPLE T°
2	24,30	24,70	0,40	91,0	88,0	-3,00	
3	24,40	24,80	0,40	91,0	85,0	-6,00	
4	24,30	24,80	0,50	91,0	85,0	-6,00	
5	24,30	24,70	0,40	91,0	85,0	-6,00	
PROMEDIO			0,42	PROMEDIO		-5,00	

CUMPLE °T  
CUMPLE %HR



NO CUMPLE °T  
NO CUMPLE %HR



VERIFICADO POR: JOAN VIÑA