

 Avicol® <small>AVICOLA COLOMBIANA S.A.</small> <small>GENÉTICA ANIMAL</small> <small>La excelencia como principio</small>	FORMATOS						Código: FO-GI-024				
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003				
							Aprobación: 27/01/2016				
FECHA:		24-nov-20									
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA									
No. EQUIPO:		AK 007									
NOMBRE DEL EQUIPO		TRACER DE TEMPERATURA									
MARCA		DATAWACH									
PATRON UTILIZADO °T:		THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°			4184-49522			FECHA CALIBRACIÓN		27/02/2020			
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	21		T Máx. °C:	31		Prom:	26	±	1
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON											
ERROR PROMEDIO PATRON			0,004		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON				0,034		
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR											
TOLERANCIA		1	INCERTIDUMBRE		0,33		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,67		
ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN			0,33								
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN											
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO				
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5						
°T Termómetro Patrón	29,7	29,6	29,9	30	29,9	29,77	0,004				
°T Termómetro a Verificar	29,6	29,6	29,6	29,7	30,1	29,72	-0,054				
ANÁLISIS DE ACEPTACION:								Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"			
CUMPLE		X		NO CUMPLE							
VERIFICADO POR:								JOAN VIÑA			