	FORMATO	Codigo: FO-GI-005
	VERIFICACION DE EQUIPOS DE PESAJE ANALOGOS Y DIGITALES	Versión: 006
		Aprobación: 26/02/2010


FECHA:	24-nov-20	UNIDAD DE PRODUCCION:	ALABAMA
--------	-----------	-----------------------	---------

DATOS DEL EQUIPO Y PATRON DE VERIFICACION									E.M.P. +- (g)	
No. EQUIPO	AK 004		CARGA MÁXIMA (g)	10000	RANGO BAJO (g)	0	A	5000	10	
					RANGO MEDIO (g)	5000	A	10000	20	
INSTRUMENTO	BALANZA DIGITAL		CARGA MÍNIMO (g)	10	RANGO ALTO (g)		A		#¡VALOR!	
					DIVISION DE ESCALA / RANGO (g)			10		
MARCA	BRECKNELL		CLASE	III	UBICACIÓN	MÓDULO	ESCALA VERIFICACION (g)		10	
JUEGO DE PESAS CLASE:			F2	NUMERO DE CERTIFICADO:			(188518-2018 al 190018-18) (1916-18 al 191718-18)		FECHA DEL CERTIFICADO:	28-nov-18

PRUEBAS

1. PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
(PARA BALANZAS DE PLATAFORMA DIGITALES)

FORMA DE PLATAFORMA



1/3 CARGA MAXIMA (g):		N/A
PUNTO	INDICADOR	ERROR
1	N/A	#####
2	N/A	#####
3	N/A	#####
4	N/A	#####
5	N/A	#####

CUMPLE ☐ . NO CUMPLE ☐ .


3. PRUEBA DE INVARIABILIDAD

NUMERO	CARGA BAJA (g)		CARGA MEDIA (g)		CARGA ALTA (g)	
	5000		10000		0	
	INDIC	ERROR	INDIC	ERROR	INDIC	ERROR
1	5010	10	10010	10	0	0
2	5010	10	10010	10	0	0
3	5010	10	10010	10	0	0
4	5010	10	10010	10	0	0
5	5010	10	10010	10	0	0
6	5010	10	10010	10	0	0
7	5010	10	10010	10	0	0
\bar{X}	5010		10010		0	
$\epsilon \bar{X}$ -carga	10		10		0	
CUMPLE	X		X		.	
NO CUMPLE	.		.		.	

2. PRUEBA DE EXACTITUD

CARGA CRECIENTE (g)			
TIPO DE CARGA	CARGA	INDIC	ERROR
CARGA BAJA	500	500	0
	1000	1000	0
	3000	3010	10
	5000	5010	10
CARGA MEDIA	6000	6010	10
	7000	7010	10
	8000	8010	10
	9000	9010	10
CARGA ALTA	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

CARGA DECRECIENTE (g)			
CARGA ALTA	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
CARGA MEDIA	9000	9010	10
	8000	8010	10
	7000	7010	10
	6000	6010	10
CARGA BAJA	5000	5010	10
	3000	3010	10
	1000	1000	0
	500	500	0



CUMPLE ☒ X NO CUMPLE ☐ .

OBSERVACIONES: CUMPLE

JOAN VIÑA

RESPONSABLE