

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

FORMATOS

Versión: 002 Aprobación: 19/09/2017

Codigo: FO-GI-007

FECHA:	8-feb-22										
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA										
CODIGO DEL EQUIPO	AK 022										
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL										
MARCA	ELITECH										
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A										
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1	
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A										
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERA	ATURA		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021		
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5	
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN			25/03/2021			

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN							
N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	25,20	24,70	-0,50	86,0	99,9	13,90	
2	25,40	24,90	-0,50	86,0	99,9	13,90	
3	25,20	24,80	-0,40	86,0	99,9	13,90	CUMPLE T°
4	25,30	24,80	-0,50	87,0	99,9	12,90	
5	24,40	24,20	-0,20	88,0	99,9	11,90	
	PROMEDIC)	-0,42	PRO	MEDIO	13,30	

CUMPLE °T	Χ	NO CUMPLE °T	
CUMPLE %HR		NO CUMPLE %HR	X

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA