



FORMATOS

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Codigo: FO-GI-007

Versión: 002


Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	3-sept-21									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 009									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	EXTECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			


RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	25,10	25,22	0,12	69,0	28,0	-41,00	CUMPLE T°
2	25,30	25,42	0,12	69,0	28,0	-41,00	
3	25,60	25,62	0,02	68,0	28,0	-40,00	
4	25,70	25,72	0,02	68,0	27,0	-41,00	
5	25,70	25,72	0,02	68,0	27,0	-41,00	
PROMEDIO			0,06	PROMEDIO		-40,80	

CUMPLE °T
CUMPLE %HR



NO CUMPLE °T
NO CUMPLE %HR



VERIFICADO POR: JOAN VIÑA