Avicol® Avicola COLOMBIANA S.A.	FORMATOS								Código: FO-GI-024			
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA								Versión: 003			
GENETICA ANIMAL La excelencia como principio	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Aprobación: 27/01/2016					
FECHA:	3-sept-21											
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA										
No. EQUIPO:	AK 033-2											
NOMBRE DEL EQUIPO		TERMOMETRO ANALOGO PUNZON										
MARCA	TEL - TRU											
PATRON UTILIZADO °	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A											
CERTIFICADO DE CAL	N° L2260			3-21 <b>FECH</b>		CHA CALIBRACIÓN		25/03/2021				
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	39		T Máx. °C:	41		Prom:	40	±	1	
			_									
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON												
ERROR PROM	ON -0,3 INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRO							RON	0,058			
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR												
TOLERANCIA 1 INCERTIDU					0,33	INCERTIDUMBRE EXP		NDIDA 0,68		,68		
ANALISIS DE	ACEPTACIO	)N	0,32	, -								
			DECLII TA	200	DE LA MEDIA	CIÓN						
					RESULTADOS DE LA MEDIO LECTURAS				URA ERROR DEL		JB DEI	
	Lectura 1	ctura 1 Lectura 2		a 3	Lectura 4	Lectura 5		PROMEDIO		EQUIPO		
											·	
°T Termómetro Patrón	37,49	37,99	38,29		39,19	39,	59	38,5	51	-0,3		
°T Termómetro a Verificar	37,3	38,3	38,3		39,3	39	,8	38,6		0,390		
ANALISIS DE ACEPTACION:  Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"  Si el Error del Equipo a verificar está entre Análisis de Aceptación e incert. Expandida: "CUMPLE CONDICIONADO"  En caso contrario "NO CUMPLE"												
CUMPLE	X	NO CUMPLE										
VERIFICADO POR:	JOAN VIÑA	<b>.</b>										