



FORMATOS

Codigo: FO-GI-007

COMPARACION RESULTADOS DE VERIFICACION HUMEDAD Y TEMPERATURA

Versión: 002


Aprobación: 19/09/2017

FECHA:	8-feb-22									
UNIDAD PRODUCCION:	ALABAMA									
CODIGO DEL EQUIPO	AK 048									
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL									
MARCA	EXTECH									
PATRON UTILIZADO °T:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
RANGO. DEL PROCESO:	T Mín °C:	21		T Máx °C:	31		Prom:	26	±	1
PATRON UTILIZADO °H:	THERMISTOR COOPER ATKINS SRH77A									
CALIBRACION EQUIPO DE TEMPERATURA		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			
RANGO. DEL PROCESO:	%H Mín	55		%H Máx	60		Prom:	57,5	±	5
CALIBRACION EQUIPO DE HUMEDAD		L22603-21			FECHA CALIBRACIÓN		25/03/2021			


RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

N° de Lecturas	°T Patron	°T Equipo a verificar	Error Equipo	%H Patron	%H Equipo a verificar	Error Equipo	Observaciones
1	25,20	25,60	0,40	86,0	78,0	-8,00	CUMPLE T°
2	25,40	25,80	0,40	86,0	77,0	-9,00	
3	25,20	25,50	0,30	86,0	79,0	-7,00	
4	25,30	25,50	0,20	87,0	79,0	-8,00	
5	24,40	24,80	0,40	88,0	82,0	-6,00	
PROMEDIO			0,34	PROMEDIO		-7,60	

CUMPLE °T
CUMPLE %HR



NO CUMPLE °T
NO CUMPLE %HR

VERIFICADO POR: JOAN VIÑA