

	FORMATOS						Código: FO-GI-024		
	RESULTADOS DE VERIFICACION TEMPERATURA						Versión: 003		
							Aprobación: 27/01/2016		
FECHA:		18-feb-20							
UNIDAD PRODUCCION:		ALABAMA							
No. EQUIPO:		AK 008							
NOMBRE DEL EQUIPO		TRACER DE TEMPERATURA							
MARCA		COX							
PATRON UTILIZADO °T:		PRECISION RTD THERMOMETER 407907							
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°			CLT 342918		FECHA CALIBRACIÓN		21/08/2018		
RANGO. DEL PROCESO:		T Mín. °C:	21		T Máx. °C:	31		Prom:	26 ± 1
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO PATRON									
ERROR PROMEDIO PATRON			0,004		INCERTIDUMBRE PROMEDIO DEL EQUIPO PATRON			0,034	
INFORMACIÓN DE LA EXACTITUD DEL EQUIPO A VERIFICAR									
TOLERANCIA		1	INCERTIDUMBRE		0,33		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		0,67
ANALISIS DE ACEPTACIÓN			0,33						
RESULTADOS DE LA MEDICION									
	LECTURAS					LECTURA PROMEDIO	ERROR DEL EQUIPO		
	Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5				
°T Termómetro Patrón	25,9	25,6	25,4	25,4	25,3	25,5	0,004		
°T Termómetro a Verificar	25,7	25,6	25,4	25,4	25,3	25,48	-0,024		
ANALISIS DE ACEPTACION: Si El Error del Equipo a Verificar < El Análisis de Aceptación "CUMPLE" en caso contrario "NO CUMPLE"									
CUMPLE		X	NO CUMPLE						
VERIFICADO POR: JOAN VIÑA									